

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้ามจับสลายต่อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound Hand piece)  
จำนวน ๑ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 ด้ามสลายต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasound Handpiece
  - 1.1.1 ตัวด้ามสลายต่อกระจกเป็นรุ่นที่สามารถใช้กับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris ของบริษัท Bausch & Lomb โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย
  - 1.1.2 ตัวด้ามสลายต่อกระจกใช้ความถี่ 28.5 KHz
  - 1.1.3 ตัวด้ามสลายต่อกระจกทำจากไททาเนียมมี Irrigation port ที่มีข้อต่อแบบ Surelock เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุด และมี Aspiration Port และ Power cord
- 1.2 ด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece) ที่สามารถใช้กับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris ของบริษัท Bausch & Lomb โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย
  - 1.2.1 ที่ตัวด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์มี Irrigation port ที่มีข้อต่อแบบ Surelock เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุดและมี สาย Power cord
  - 1.2.2 ด้ามจะใช้งานร่วมกับ I/A Tips ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยน Tips ได้
- 1.3 ตัวด้ามสามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้

2. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- |  |        |
|--|--------|
| 2.1 Phaco Handpiece                      | 1 ชิ้น |
| 2.2 I/A Handpiece                        | 1 ชิ้น |
| 2.3 I/A Tip Straight Silicone Sleeve Tip | 1 ชิ้น |
| 2.4 Ultrasound Handpiece Tray            | 1 ชิ้น |

3. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
- 4.2 ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
- 4.3 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ