

รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องชุดหินปูน P5 จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสลับ 100/240 โวลท์ 50/60 เฮิรท์ ความถี่ในการสั่น 28 ถึง 36 กิโลเฮิรท์
2. Handpiece มีไฟLED สามารถใส่ถอด ออกจากข้อต่อสายได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคโดย Autoclave ได้
3. ปุ่มปรับความแรงเป็นระบบ CCS Power Setting (Color Coding System)อยู่ด้านบนของตัวเครื่อง มีสเกลบอกย่านการใช้งาน 4 ย่าน (Periodontics, Endodontics, Scaling, Power)พร้อมตัวเลขบอกระดับความแรงตั้งแต่ 1 ถึง 20 การเปลี่ยนหัว Tip สามารถปรับเปลี่ยนได้กว่า 50 Tip โดยไม่ต้องเปลี่ยน Handpiece การปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงทำได้ถูกต้องและรวดเร็ว
4. ขนาดทั่วไปของตัวเครื่อง สูง 140 ม.ม. กว้าง 185 ม.ม. ลึก 260 ม.ม. น้ำหนักโดยประมาณ 2,100 กรัม ทำให้สามารถวางและเก็บรักษาได้สะดวก
5. มีแหล่งจ่ายน้ำเป็นระบบ Tank ติดกับเครื่อง มีความจุ 300 ml.
6. มีปุ่มปรับการใช้น้ำอยู่ด้านบนของเครื่อง สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ที่ 5-40 ml. / min.
7. ตอบสนองระบบควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control System)ด้านการออกแบบให้พื้นผิวของส่วนที่มือสัมผัส มีผิวเรียบทำความสะอาดง่ายไม่กักเก็บสิ่งสกปรก
9. มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องดังต่อไปนี้
 - Handpiece แบบ Autoclave จำนวน 1 อัน
 - ประแจขันหัวชุด จำนวน 1 อัน
 - รับประกันคุณภาพ 2 ปี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... อารักษ์ อินทร์..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... วุฒินันท์..... รองประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... งาม..... รองประธานกรรมการ

Scaling Tips

เป็นหัว Tip ที่ใช้ในการขูดหินน้ำลายบริเวณเนื้อเหงือกหรือลงไปในซอกเหงือกได้ ประมาณ 1 mm. Tip ทำจากโลหะที่แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณลักษณะเฉพาะ Handpice

1. Handpice สามารถใส่ – ถอดออกจากข้อต่อสายได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
2. สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการ Autoclave ได้
3. ด้ามจับกะทัดรัด สะดวกกับการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน
4. ไม่มีความร้อนขณะใช้งาน เนื่องจากภายในผลิตจาก Ceramic Ring
5. มีไฟ LED ให้เลือกใช้ 2 แบบ
 - 5.1 LED แสงสีขาว ใช้ส่องให้แสงสว่างในขณะทำงาน
 - 5.2 LED แสงสีฟ้า ใช้ส่องให้เห็นคราบ Plaque ได้ชัดเจน
6. มีน้ำหนักเบา
7. รับประกัน 2 ปี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) อรุณ วัฒนวิทย์ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) วิวัฒน์ ช่างทอง รองประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) สุเมธ ใส รองประธานกรรมการ