

คุณลักษณะเฉพาะสำหรับชุดสายยางส่งอาหารเหลวของโรงพยาบาลราชบูรี

๑. ความต้องการ

ชุดสายยางส่งอาหารเหลว

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

๒.๑ เพื่อนำมาต่อ กับ ถุงบรรจุอาหารเหลว ให้อาหารผู้ป่วยโดยตรง

๒.๒ ในผู้ป่วยให้อาหารทางสายที่ต้องการปรับอัตราการไหลของอาหาร จำเป็นต้องใช้เครื่อง Kangaroo มีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยและเครื่องมีราคาสูงซึ่งบรรจุอาหารและสายควบคุมอัตราการไหลของอาหารเหลวได้ จึงนำมาใช้ทดแทนในผู้ป่วยที่ต้องการปรับอัตราการไหลของอาหารบางรายได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ผลิตจากพลาสติกชนิดไม่เป็นพิษ

๓.๒ ผลิตในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน วิธีการที่ดีในการผลิตและได้รับรองกระบวนการผลิตมาตรฐาน ได้แก่ ISO, GMP, HACCP พร้อมแสดงหลักฐาน

๓.๓ สายยางส่งอาหารเหลวที่ผลิตต้องต้องปราศจากเชื้อก่อโรค และแสดงระยะเวลาปลด เชือนับจากวันที่ผลิตหรือสิ้นสุดวันที่ปลอดเชื้อ เมื่อบรรจุภัณฑ์ฉีกขาดและควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาพที่เหมาะสม

๓.๔ แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้แก่

- ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญ เลขทะเบียน
- ชื่อบริษัทผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย
- ขนาดบรรจุ (ซีซี/มิลลิลิตร) และชนิดบรรจุภัณฑ์
- คุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์

๓.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลเรียนแพทย์อย่างน้อย ๓ แห่ง

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ปลายสายมีข้อต่อฝาปิดทำจากพลาสติก PVC สำหรับให้รวมกับข้อต่อชนิดเดียวกันของถุงอาหาร

๔.๒ กระเบาชหยดมีความยืดหยุ่นเหมาะสม สามารถบีบเร่งอาหารได้ดี และมีความใส สามารถมองเห็นอาหารได้ชัดเจน

๔.๓ สายส่งมีความยืดหยุ่น ไม่พับงอ มีความใส สามารถมองเห็นอาหารได้ชัดเจน และมีความยาวรวมตลอดทั้งชุด ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. โดยประมาณ

๔.๔ มีร่างรอก สำหรับควบคุมการไหลและปรับหยุดอาหาร สามารถถักขาอัตราการไหลของอาหารได้ดี และต้องสามารถใช้ได้กับเครื่องควบคุมอัตราการไหลของอาหารเหลวของโรงพยาบาลราชบูรีได้

๗๙

พญ.กรุณา บุณยสนธิกุล
นายแพทย์ชำนาญการ

นายวชิรภูมิ ทองใบ
นักโภชนาการชำนาญการ

๒๒๖.

นางสาวรัฐพร แย้มฉ瓦ก
นักโภชนาการปฏิบัติการ

๔.๕ ปลายสายมีข้อต่อชนิดเดียว (Step connector) ทำจากพลาสติก PVC หรือ ABS พร้อมฝาครอบกันสิ่งปนเปื้อน สามารถต่อเข้ากับสายให้อาหารได้ (Feeding tube)

๔.๖ บรรจุในของพลาสติก HDPE ซึ่งมีความเหนียว ทนทาน ปิดสนิท ป้องกันความชื้นได้ ทนการฉีกขาด เพื่อรักษาความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขเฉพาะ

๑. แสดงเอกสาร บริษัทรับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี หลังการส่งมอบ
๒. แสดงเอกสาร กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย บริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าภายใน ๑๕ วัน หลังได้รับแจ้ง
๓. แสดงเอกสาร บริษัทยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าที่หมดอายุ ให้เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานนานขึ้นทุกรังในมูลค่าที่เท่ากัน
๔. วันยืนของผู้นำเสนอรากาต้องนำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ พร้อมเอกสารต่าง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนดในคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
๕. การเสนอราคา เสนอราคางานที่รวมภาษี ต่อ ๑ บรรจุภัณฑ์

~*~

พญ.กรุณา บุณยสนธิกุล
นายแพทย์ชำนาญการ

นายวัชญู ทองใบ
นักโภชนาการชำนาญการ

วิจุฬ

นางสาวรัฐพร แย้มจواก
นักโภชนาการปฏิบัติการ