

## รายละเอียดผ้าก๊อสมิแถบเอกซเรย์ ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว

๑. ความต้องการ ผ้าก๊อสมิแถบเอกซเรย์ ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว ๘ ชั้น X-RAY ๑๐ ชั้น ปลอดภัย  
จำนวน ๗,๖๐๐ ซอง

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นผ้าโปร่งผลิตจากเส้นด้ายฝ้าย ๑๐๐% ขาวสะอาด ปราศจากสารเรืองแสง ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ ดูดซึมได้ดี นำมาพับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นชั้นรูปสี่เหลี่ยม โดยซ่อนริมนผ้าไว้ด้านใน แต่ละชั้นและแต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่เย็บริม ไม่ปรากฏริมนผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย
- ๒.๒ ความถี่เส้นด้าย ๒๔ x ๒๒ เส้นต่อตารางนิ้ว (ความคลาดเคลื่อน ๑ เส้น)
- ๒.๓ ขนาด กว้าง x ยาว: ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว ความหนา ๘ ชั้น
- ๒.๔ มีแถบ X-RAY เพื่อป้องกันการตกค้างและสามารถ X-RAY เห็นสอดอยู่ด้านในผืนผ้า ไม่หลุดออกได้ง่าย
- ๒.๕ บรรจุในซองปลอดภัย (peel pack) ๒ ชั้น ซองละ ๑๐ ชั้น
- ๒.๖ ซองปลอดภัยปิดผนึกสนิท ใช้วัสดุ (medical grade) พลาสติก ๑ ด้านและกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
- ๒.๗ มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
  - ขนาด
  - วิธีการ sterilization
  - วันที่ผลิต หรือ Lot.number การผลิต
  - วันหมดอายุ
  - มี indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
- ๒.๘ ผ้าก๊อสต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔ หรืออยู่ในบัญชี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน หรือมาตรฐานสากล (ISO) หรือมาตรฐานยุโรป (CE) หรือมาตรฐานอังกฤษ หรือมาตรฐานอเมริกา และให้แนบสำเนาใบอนุญาตดังกล่าว

### ๓. คุณลักษณะทั่วไป

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

- ๓.๑ ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene oxide ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔
- ๓.๒ มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene oxide) และ ECH (Ethylene chlorohydrin)
- ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อ จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานประกอบการพิจารณา

#### ๔. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑ โรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน GMP และแสดงสำเนาเอกสารการรับรอง มาตรฐานดังกล่าว
- ๔.๒ ต้องรับเปลี่ยนสินค้าเมื่อใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข
- ๔.๓ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญา ก่อนกำหนด กรณี ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ หรือถูกเรียกเก็บจาก ห้องตลาด หรือพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ๔.๔ ส่งมอบตามความต้องการของโรงพยาบาล
- ๔.๕ อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ
- ๔.๖ ผู้ขายต้องทำการสำรองสินค้า สำหรับโรงพยาบาลอย่างน้อย ๓ เดือน จากการใช้งานปกติ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

## รายละเอียดผ้าก๊อสนี้ไม่มีแถบเอกซเรย์ ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว

๑. ความต้องการ ผ้าก๊อสไม่มีแถบเอกซเรย์ ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว ๘ ชั้น ๑๐ ชั้น ปลอดเชื้อ  
จำนวน ๑๔,๓๕๐ ซอง

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นผ้าโปร่งผลิตจากผ้าฝ้าย ๑๐๐% ขาวสะอาด ปราศจากสารเรืองแสง ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ ดูดซึมน้ำได้ดี นำมาพับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นชั้นรูปสี่เหลี่ยม โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านในแต่ละชั้นและแต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่เย็บริม ไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย
- ๒.๒ ความถี่เส้นด้าย ๒๔ x ๒๐ เส้นต่อตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อน ๑ เส้น)
- ๒.๓ ขนาด กว้าง x ยาว: ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว ความหนา ๘ ชั้น
- ๒.๔ บรรจุในซองปลอดเชื้อ (peel pack) ซองละ ๑๐ ชั้น
- ๒.๕ ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิท ใช้วัสดุ (medical grade) พลาสติก ๑ ด้านและกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
- ๒.๖ มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
  - ขนาด
  - วิธีการ sterilization
  - วันที่ผลิต หรือ Lot.number การผลิต
  - วันหมดอายุ
  - มี indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
- ๒.๗ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๕ หรืออยู่ในบัญชี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน หรือมาตรฐานสากล (ISO) หรือมาตรฐานยุโรป (CE) หรือมาตรฐานอังกฤษ หรือมาตรฐานอเมริกา และให้แนบสำเนาใบอนุญาตดังกล่าว

### ๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene oxide ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ :  
๒๐๑๔
- ๓.๒ มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene oxide) และ ECH (Ethylene chlorohydrin)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

- ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง  
มาตรฐานประกอบการพิจารณา

#### ๔. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑ โรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน GMP และแสดงสำเนาเอกสารการรับรอง  
มาตรฐานดังกล่าว
- ๔.๒ ต้องรับเปลี่ยนสินค้าเมื่อใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด  
โดยไม่มีเงื่อนไข
- ๔.๓ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาาก่อนกำหนด กรณี ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ หรือถูกเรียกเก็บจาก  
ท้องตลาด หรือพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ๔.๔ ส่งมอบตามความต้องการของโรงพยาบาล
- ๔.๕ อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ
- ๔.๖ ผู้ขายต้องทำการสำรองสินค้า สำหรับโรงพยาบาลอย่างน้อย ๓ เดือน จากการใช้งานปกติ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

## รายละเอียดผ้าซับช่องท้องขนาด ๖ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว (๕ ชั้น)

๑. ความต้องการ ผ้าซับช่องท้องขนาด ๖ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว (๕ ชั้น) จำนวน ๑,๒๐๐ ห่อ

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม และเย็บเก็บริมผ้าทั้ง ๔ ด้าน มีห่วงหิ้วสีฟ้าและเส้นทึบแสง X-ray ใช้สำหรับซับเลือดในการผ่าตัด สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
- ๒.๒ ขนาดกว้าง ๖ นิ้ว ยาว ๑๘ นิ้ว ความหนา ๖ ชั้น
- ๒.๓ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๕ กรัมต่อชิ้น
- ๒.๔ ความถี่เส้นด้ายไม่น้อยกว่า ๒๘ x ๒๘ เส้นต่อตารางนิ้ว
- ๒.๕ มีเส้นด้ายเกลียวทึบแสง สามารถ X-RAY เห็นได้ ทอไว้ในผืนผ้า ก่อนเย็บริมผ้าโดยรอบ
- ๒.๖ มีห่วงทำด้วยผ้าสีฟ้ากว้าง ¼ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว และยึดติดกับมุมผ้าด้านในด้านหนึ่ง
- ๒.๗ มีสติ๊กเกอร์ระบุขนาดและจำนวนสินค้า เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ถูกใช้ในการผ่าตัดพร้อมกับ EO indicator strip Type ๔ วางบนผ้าก่อนห่อด้วย CRAPE PAPER (medical grade)
- ๒.๘ บรรจุในซองปลอดเชื้อ (peel pack) ของละ ๕ ชั้น
- ๒.๙ ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (medical grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
- ๒.๑๐ มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
  - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
  - ขนาด
  - วิธีการ sterilization
  - วันที่ผลิต หรือ Lot.number การผลิต
  - วันหมดอายุ
  - มี indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

### ๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene oxide ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔
- ๓.๒ มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำ sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene oxide) และ ECH (Ethylene chlorohydrin)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

- ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง  
มาตรฐานประกอบการพิจารณา

#### ๔. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑ โรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน GMP และแสดงสำเนาเอกสารการรับรอง  
มาตรฐานดังกล่าว
- ๔.๒ ต้องรับเปลี่ยนสินค้าเมื่อใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด  
โดยไม่มีเงื่อนไข
- ๔.๓ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาาก่อนกำหนด กรณี ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ หรือถูกเรียกเก็บจาก  
ท้องตลาด หรือพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ๔.๔ ส่งมอบตามความต้องการของโรงพยาบาล
- ๔.๕ อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
- ๔.๖ ผู้ขายต้องทำการสำรองสินค้า สำหรับโรงพยาบาลอย่างน้อย ๓ เดือน จากการใช้งานปกติ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

## รายละเอียดผ้าซับช่องท้องขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว (๕ ชั้น)

๑. ความต้องการ ผ้าซับช่องท้องขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว (๕ ชั้น) จำนวน ๑๑๗๐ ห่อ

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม และเย็บเก็บริมผ้าทั้ง ๔ ด้าน มีห่วงหิ้วสีฟ้าและเส้นทึบแสง X-ray ใช้สำหรับซับเลือดในการผ่าตัด สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
- ๒.๒ ขนาดกว้าง ๑๒ นิ้ว ยาว ๑๘ นิ้ว ความหนา ๖ ชั้น
- ๒.๓ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๗ กรัมต่อชิ้น
- ๒.๔ ความถี่เส้นด้ายไม่น้อยกว่า ๒๘ x ๒๘ เส้นต่อตารางนิ้ว
- ๒.๕ มีเส้นด้ายเกลียวทึบแสง สามารถ X-RAY เห็นได้ ทอไว้ในผืนผ้า ก่อนเย็บริมผ้าโดยรอบ
- ๒.๖ มีห่วงหิ้วทำด้วยผ้าสีฟ้ากว้าง ¼ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว และยึดติดกับมุมผ้าด้านในด้านหนึ่ง
- ๒.๗ มีสติ๊กเกอร์ระบุขนาดและจำนวนสินค้า เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ถูกใช้ในการผ่าตัดพร้อมกับ EO Indicator Strip Type ๔ วางบนผ้าก่อนห่อด้วย CRAPE PAPER (medical grade)
- ๒.๘ บรรจุในซองปลอดเชื้อ (peel pack) ซองละ ๕ ชั้น
- ๒.๙ ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (medical grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
- ๒.๑๐ มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
  - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
  - ขนาด
  - วิธีการ sterilization
  - วันที่ผลิต หรือ Lot.number การผลิต
  - วันหมดอายุ
  - มี indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

### ๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene oxide EN ISO ตามมาตรฐาน ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔
- ๓.๒ มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำ sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene oxide) และ ECH (Ethylene chlorohydrin)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

- ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง  
มาตรฐานประกอบการพิจารณา

#### ๔. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑ โรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน GMP และแสดงสำเนาเอกสารการรับรอง  
มาตรฐานดังกล่าว
- ๔.๒ ต้องรับเปลี่ยนสินค้าเมื่อใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด  
โดยไม่มีเงื่อนไข
- ๔.๓ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาาก่อนกำหนด กรณี ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ หรือถูกเรียกเก็บจาก  
ท้องตลาด หรือพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ๔.๔ ส่งมอบตามความต้องการของโรงพยาบาล
- ๔.๕ อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ
- ๔.๖ ผู้ขายต้องทำการสำรองสินค้า สำหรับโรงพยาบาลอย่างน้อย ๓ เดือน จากการใช้งานปกติ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ



## รายละเอียดผ้าซับช่องท้องขนาด ๑๘ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว (๕ ชั้น)

๑. ความต้องการ ผ้าซับช่องท้องขนาด ๑๘ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว (๕ ชั้น) จำนวน ๒๕๐ ห่อ

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม และเย็บเก็บริมผ้าทั้ง ๔ ด้าน มีห่วงสี่ฟ้าและเส้นทึบแสง X-ray ใช้สำหรับซับเลือดในการผ่าตัด สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
- ๒.๒ ขนาดกว้าง ๑๘ นิ้ว ยาว ๑๘ นิ้ว ความหนา ๖ ชั้น
- ๒.๓ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กรัมต่อชิ้น
- ๒.๔ ความถี่เส้นด้ายไม่น้อยกว่า ๒๘ x ๒๘ เส้นต่อตารางนิ้ว
- ๒.๕ มีเส้นด้ายเกลียวทึบแสง สามารถ X-RAY เห็นได้ ทอไว้ในผืนผ้า ก่อนเย็บริมผ้าโดยรอบ
- ๒.๖ มีห่วงทำด้วยผ้าสี่ฟ้ากว้าง ¼ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว และยึดติดกับมุมผ้าด้านในด้านหนึ่ง
- ๒.๗ มีสติ๊กเกอร์ระบุขนาดและจำนวนสินค้า เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ถูกใช้ในการผ่าตัด พร้อม กับ EO Indicator Strip Type ๔ วางบนผ้าก่อนห่อด้วย CRAPE PAPER (medical grade)
- ๒.๘ บรรจุในซองปลอดเชื้อ (peel pack) ของละ ๕ ชั้น
- ๒.๙ ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (medical grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้านมีความหนาทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
- ๒.๑๐ มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
  - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
  - ขนาด
  - วิธีการ sterilization
  - วันที่ผลิต หรือ Lot.number การผลิต
  - วันหมดอายุ
  - มี indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

### ๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene oxide ตามมาตรฐาน ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔
- ๓.๒ มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำ sterilization และผลการทดสอบสารตกค้างของ ETO (Ethylene oxide) และ ECH (Ethylene chlorohydrin)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

- ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง  
มาตรฐานประกอบการพิจารณา

#### ๔. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑ โรงงานผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน GMP และแสดงสำเนาเอกสารการรับรอง  
มาตรฐานดังกล่าว
- ๔.๒ ต้องรับเปลี่ยนสินค้าเมื่อใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ ก่อนกำหนด  
โดยไม่มีเงื่อนไข
- ๔.๓ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาาก่อนกำหนด กรณี ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ หรือถูกเรียกเก็บจาก  
ท้องตลาด หรือพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ๔.๔ ส่งมอบตามความต้องการของโรงพยาบาล
- ๔.๕ อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ
- ๔.๖ ผู้ขายต้องทำการสำรองสินค้า สำหรับโรงพยาบาลอย่างน้อย ๓ เดือน จากการใช้งานปกติ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ