

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผู้ยื่นเก็บรักษาศพทางการแพทย์ แบบ 6 ช่อง จำนวน 1 ตู้
โรงพยาบาลราชบุรี

1. ความเป็นมา

เนื่องจากผู้ยื่นเก็บรักษาศพ แบบ 6 ช่อง จำนวน 1 ตู้ มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 ปี ซึ่งขณะนี้มีการชำรุด และไม่สามารถซ่อมแซมได้ กลุ่มงานนิติเวชจึงมีความจำเป็นต้องขอซื้อทดแทนของเดิม

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสำหรับการเก็บรักษาสภาพศพผู้เสียชีวิตได้คราวละ 6 ศพผู้ใหญ่ เป็นผู้ยื่นเก็บแบบเปิดด้านท้ายตู้และห้องควบคุมอุณหภูมิ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

10. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปี สิ้นสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(2.1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(2.2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(2.3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

(2.4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

- (2.5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท
- (2.6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
- (2.7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท
- (2.8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
- (2.9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท
- (3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
- (4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน
- (5) กรณีตาม (1) – (5) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
- (5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
- ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (ลงชื่อ).....Loom.....กรรมการฯ
 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(6) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

4. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นตู้เย็นที่เก็บรักษาศพได้ไม่น้อยกว่า 6 ศพผู้ใหญ่ พร้อมล้อสามารถเคลื่อนที่และล็อคให้อยู่กับที่ได้
มีผนังแบ่งภายในเป็น 3 ห้อง มีชุดทำความเย็นแยกอิสระ 3 ชุด ภายในแต่ละห้องมีชั้นวางเลื่อนวางถาดแบบ
2 ชั้น ชั้นละ 1 ศพ (รวมจำนวนทั้งหมด 6 ศพผู้ใหญ่) มีประตูเปิดปิดอยู่ท้ายตู้ตามจำนวนช่องศพในตำแหน่ง
เดียวกับชั้นวางศพ

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็นเก็บศพทางการแพทย์ แบบ 6 ช่อง จำนวน 1 ตู้

- 4.1 ตู้เย็นเก็บศพมีขนาด (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 300 x 240 x 210 ซม.
ชุดระบายความร้อนสามารถแยกออกจากตัวตู้ไปติดตั้งด้านนอกห้องเก็บศพได้
- 4.2 ตัวตู้เย็นประกอบขึ้นรูปด้วยแผ่นสแตนเลสสตีลชนิด 304
- 4.3 ผนังภายนอกของตู้เย็นต้องเป็นผิวเรียบไม่มีรอยต่อและไม่มีรอยยึดจับของน๊อต
- 4.4 ผนังภายในตู้เย็นและพื้นตู้เย็นทำจากแผ่นสแตนเลสสตีลชนิด 304 ผิวเรียบ
- 4.5 โครงสร้างของแผ่นฉนวนตู้เย็นใช้โฟมแบบ Polyurethane Foam Class 1 ฉีดเข้าระบบแผ่นโลหะ
ทำหน้าที่เป็นฉนวนเก็บความเย็นมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.
- 4.6 ประตูของตัวตู้ทำจากสแตนเลสสตีลชนิด 304 ทั้งด้านในและด้านนอก มีขนาด (กว้างxสูง)
ไม่น้อยกว่า 75 x 60 ซม. มีขอบยางโดยรอบ มีมือจับแบบดึงทำจากฉนวนป้องกันไฟฟ้า
พร้อมกุญแจล็อค และมีระบบ Safety จากด้านในตัวตู้สามารถเปิดจากด้านในได้
- 4.7 มีขดลวดความร้อนติดตั้งที่บ้านประตูป้องกันน้ำหยดที่ขอบประตูทุกบาน
- 4.8 ภายในตู้เย็นมีรางเลื่อน Telescoping Tray System มีลูกกลิ้งรองรับ พร้อมถาดสแตนเลสสตีล
ชนิด 304 พร้อมด้ามจับ สำหรับใส่ศพ จำนวน 6 ถาด รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- 4.9 มีไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED ภายในตู้ทุกช่อง ควบคุมการปิดและเปิดด้วยสวิตช์มือ
- 4.10 ชุดคอยล์เย็น (Fan Coil Unit) จำนวน 3 ชุด แยกจากกันอิสระในแต่ละห้องศพ
 - 4.10.1 ทำจากวัสดุอลูมิเนียมปลอดสนิม เพื่อความทนทานและไม่เกิดสนิม
 - 4.10.2 ขนาดความเร็วในการกระจายลมไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 - 4.10.3 มีพัดลมระบายความเย็น 3 ตัว มีขนาดของใบพัดไม่น้อยกว่า 200 มม.
 - 4.10.4 ขนาดความเร็วของมอเตอร์พัดลมไม่น้อยกว่า 1,300 rpm เพื่อให้พัดลมระบายความเย็นได้ดี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

- 4.11 ชุดคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น (Compressor) จำนวน 3 ชุด แยกจากกันอิสระในแต่ละห้องศพ
- 4.11.1 สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องและลดต่ำลงได้จนถึง -5 องศาเซลเซียส
- 4.11.2 เป็นคอมเพรสเซอร์แบบ High Back Pressure (HBP)
- 4.11.3 ใช้น้ำยาทำความเย็น ชนิด 134A
- 4.12 มีชุดควบคุมอุณหภูมิ (Digital Thermometer) ที่สามารถปรับตั้งและแสดงอุณหภูมิภายในตู้ได้ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส ถึง -5 องศาเซลเซียส และมีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินจากช่วงที่ตั้งไว้
- 4.13 มีชุดคอนโทรลควบคุมแบบอิสระ แสดงผลเป็นตัวเลขอุณหภูมิภายในตู้เย็นและแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์
- 4.14 พื้นตู้เย็นมีรูระบายน้ำทิ้งในทุกห้องศพและมีท่อเชื่อมต่อไปยังภายนอกอาคาร
- 4.15 มีระบบละลายน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ (Auto Defrost)
- 4.16 ใช้ไฟฟ้าขนาด 220-230 โวลท์ 50 – 60 เฮิร์ต และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
- 4.17 มีรถยกศพแบบปรับระดับได้ โดยใช้ระบบไฮดรอลิกในการปรับระดับความสูงได้ถึงอย่างน้อยขั้นสองของตู้เย็น รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน

6. กำหนดเวลาส่งมอบ

ส่งมอบพัสดุภายใน 150 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 1,495,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

9. งวดงานและการจ่ายเงิน

ส่งมอบและจ่ายเงิน จำนวน 1 งวด

10. อัตราค่าปรับ

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสິงของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

11. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

12. เงื่อนไขเฉพาะ

- 12.1 อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 12.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวนอย่างน้อย 1 ชุด
- 12.3 โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 หรือดีกว่า
- 12.4 ผู้ขายมีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากทางโรงงานผลิตโดยตรง
- 12.5 ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งตามที่โรงพยาบาลกำหนดจนสามารถใช้งานได้
- 12.6 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งและรับมอบของครบ หากเครื่องมีการชำรุดหรือเสียหาย ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากทำการแก้ไขแล้วแต่ยังใช้การไม่ได้ตามปกติผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนทดแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลังจากหมดระยะเวลาประกันผู้ขายจะทำการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน หากมีการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของอะไหล่เท่านั้น
- 12.7 มีบริการหลังการขาย ผู้ขายต้องส่งช่างผู้ชำนาญงานมาทำการบำรุงรักษาเครื่อง (maintenance) ทุกๆ 6 เดือน ตลอดจนครบระยะเวลาประกัน 2 ปี ตามมาตรฐานตลอดอายุสัญญาการรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนเข้ามาบำรุงรักษาเครื่อง
- 12.8 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีทุกชนิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดจนค่าขนส่ง
- 12.9 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่องที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

13. การติดตั้ง

- 13.1 เป็นการติดตั้งประกอบตู้ที่หน้างาน พร้อมอธิบายการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษา
- 13.2 ผู้ขายต้องทำการติดตั้งชุดระบายความร้อนไว้ด้านนอกอาคารพร้อมทำหลังคาครอบกันแดดกันฝนเพื่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและความสะดวกในการบำรุงรักษา
- 13.3 ผู้ขายต้องปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดพื้นที่ให้สวยงามพร้อมใช้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ